

Proposta Cliente : 26101 LOTE 6

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA


Processo: PE 2601 01 2021

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	REF. FÁBRICA:	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	241052	1	UN	REF. FÁBRICA: L01.05301 AMALGAMADOR CAPSULAR EC MIX DIGITAL ECEL APARELHO TIPO BATEDOR UNIVERSAL PARA AMALGAMAS E IONOMEROS EM CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS CORPO INJETADO EM POLIURETANO PAINEL DE COMANDO DIGITAL LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL MOTOR BIFASICO COM ROLAAMENTOS BLINDADOS E DUAS CORREIAS QUE PROPICIAM A DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO E AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS FREQUENCIA MINIMA DE 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO CHEGANDO ATE 4600 OPM HASTES DE FIXAÇÃO DA CAPSULA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL EIXO FORA DE CENTRO, REALIZANDO MOVIMENTO ELIPTICO. CIRCUITO ELETRONICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO E PERIODOS PRECISOS DE TRITURACAO DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM MICRO-CHAVE SWITCH SUPORTE DAS GARRAS TAMPA ACRILICA PORTA FUSIVEL TENSAO 127V A 220V (MULTITENSAO) CONSUMO 270 VA FREQUENCIA 60 HZ TEMPO DE PROGRAMACAO 0 A 60 SEGUNDOS SERIES DE 1 EM 1 SEGUNDOS ALTURA 210MM LARGURA 134MM COMPRIMENTO 213MM PESO 3.2 KG GARANTIA 12 MESES M - EC-MIX F - ECEL P - NAC RDC 185	1.024,85	1.024,85
2	254226	1	UN	REF. FÁBRICA: 16000002695 AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX BIOCLAVE BIVOLT D700 ALLIAGE AUTOCLAVE HORIZONTAL TANQUE DE 21 LITROS TANQUE DE PRESSAO: PRODUZIDO EM AÇO INOX BANDEJAS E SUPORTE: EM AÇO INOX ESTRUTURA CONSTRUIDA EM AÇO CARBONO TRATAMENTO SUPERFICIAL NANCTECNOLOGIA PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250°C MODELO 21 LITROS - 3 BANDEJAS ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: CONFECCIONADO EM SILICONE ISOLAMENTO TERMICO INTERNO: CONFECCIONADO EM LA DE VIDRO INDICACAO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSAO / TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICACOES DAS OPERACOES / TECLAS DE COMANDO). DESAERACAO AUTOMATICA: DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - SISTEMA ELETRONICO MICROCONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA 2 - TECLA DE EMERGENCIA 3 - SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZACAO: CASO O CICLO DE ESTERILIZACAO NAO INICIE EM ATE 45 MIN. 4 - THERMOSTATO. 5 - DUAS VALVULAS DE SOBREPRESSAO - SELO DE SEGURANCA 6 - FILTRO SINTERIZADO. 7 - ISOLACAO TERMICA INTERNA: LA DE VIDRO REVESTIDA COM POLIESTER E LA DE CERAMICA. 8 - MANGUEIRA PARA DRENO DO VAPOR. 9 - VALVULA DE SUPPRESSAO ANTIVACUO 10 - VALVULA SOLENOIDE: ATUA EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA. GARANTINDO A DESPRESSURIZACAO DO SISTEMA. 11 - ANEL DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DA PORTA 12 - DISPOSITIVO COM SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA 13 - CONJUNTO DE FUSIVEIS ELETRICOS. 14 - PES DE BORRACHA 15 - RESISTENCIA TIPO COLEIRA 16 - CABO SENSOR DE TEMPERATURA 17 - TUBULACAO INTERNA EM COBRE 18 - CHAVE GERAL ALIMENTACAO: 127/220 V- (COM CHAVE REVERSORA) FREQUENCIA: 50/60	4.182,84	4.182,84

J

*[Handwritten marks]*

## Proposta Cliente : 25101 LOTE 6




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA

Processo: PE 2601 01 2021

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				<p>HZ POTENCIA: 1700 W CORRENTE NOMINAL: 12A PRESSAO DE ESTERILIZACAO: 1.7KGF/CM2 +/- 0.4 (1,3 A 2,1KGF/CM2) TEMPERATURA DE OPERACAO: 128°C +/- 5 (123 A 133°C) MANOMETRO PARA MONITORACAO DA TEMPERATURA E PRESSAO. SUA ESCALA VARIA DE 0 KGF/CM² A 4,0 KGF/CM² E DE 100°C A 152 °C TEMPO DE ESTERILIZACAO: 16 MINUTOS TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZACAO POR ALAVANCA SECAGEM COM PORTA ENTRE ABERTA DIMENSOES INTERNAS DIAMETRO DA CAMARA 240MM PROFUNDIDADE DA CAMARA 450MM CONSUMO DE AGUA POR CICLO 350 - 380ML PESO LIQUIDO / PESO BRUTO 30 KG / 33 KG DIMENSOES EXTERNAS ALTURA 410MM LARGURA 435MM PROFUNDIDADE 625</p> <p>M- BIOCLAVE 21L F - D700 P - NAC RMS 10069210079</p>		
3	257038	4	UN	<p>REF. FÁBRICA: 101005001</p> <p>CANETA AR SIGMA AIR 3S FG DENTFLEX</p> <p>CANETA ALTA ROTACAO SIGMA AIR 3S FG ALTO TORQUE: LEVE: PARA BROCAS ENTRE 1,59 E 1,6 MM DE DIAMETRO SPRAY TRIPLO PINÇA TIPO SACA BROCAS ROLAMENTO ACO INOX.</p> <p>M- SIGMA AIR 3S FG F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100008</p>	869.49	3.477.96
4	8295	4	UN	<p>REF. FÁBRICA: 101103002</p> <p>CONTRA ANGULO INTRA FX 110 C SPRAY DENTFLEX</p> <p>CONTRA ANGULO INTRA FACILMENTE ACOPLADO AO MICROMOTOR INTRA MONTADO SOBRE 2 ROLAMENTOS EVITANDO SUPER AQUECIMENTO: ROTACAO 1:1: SIST DE FIXACAO DA BROCA ATRAVES DE TRAVA ACO INOX CORPO GIRATORIO FACILITA MANUSEIO; CABECA C/12 POSICOES DIFERENTES; C/REFRIG: BAIXA ROTACAO COD: 10.1.2.007</p> <p>M-DENTFLEX F-DENTFLEX P-NAC RMS: 10427100013</p>	731.74	2.926,96
5	248005	1	UN	<p>REF. FÁBRICA: 80000</p> <p>AP FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT SCHUSTER</p> <p>APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PODE SER UTILIZADO PARA POLIMERIZAR RESINA, CLAREAMENTO E COLAGEM DE BRACKET SEM FIO COM BATERIA DE LÍTIO PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO; LUZ AZUL FRIA, SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA; BIVOLT AUTOMÁTICO 100V/240V (50/60HZ);</p> <p>MODO DE USO: RAMPA.</p> <p>TEMPOS DE APLICACAO DISPONIVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS.</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO;</p> <p>CORPO DA CANETA CONSTITUIDO EM ABS;</p> <p>PEÇA DE MAO ANATOMICA PARA MELHOR MANUSEIO;</p> <p>SILENCIOSO, POIS NAO NECESSITA DE VENTILACAO FORCADA;</p> <p>ALTO TEMPO DE VIDA UTIL DO LED EMISSOR DE LUZ;</p> <p>PONTEIRAS CONDUTORAS DA LUZ COM GIRO DE 360°</p> <p>TEMPO NECESSARIO PARA CARGA MAXIMA 60 A 180 MINUTOS</p> <p>COMPRIMENTO DE ONDA: 420NM - 480NM ALTA POTENCIA (1250 MW/CM²)</p> <p>RADIOMETRO INTERNO AUTOMATICO</p> <p>VOLTAGEM E CAPACIDADE DO ACUMULADOR (BATERIA): 3.7V/1400MA</p> <p>PESO LIQUIDO (PEÇA DE MÃO): 103GR</p> <p>POTÊNCIA DE CONSUMO: 8W</p> <p>1 PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO PRETA Ø8MM FIBRA ÓTICA ,1 PROTETOR OCULAR.</p> <p>ACOMPANHA LITERATURA TÉCNICA.</p> <p>COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 165MM</p> <p>COMPRIMENTO COM A PONTEIRA: 225MM</p> <p>LARGURA DA PEÇA DE MÃO: 28MM</p> <p>MARCA - EMITTER A FIT FABRICANTE - GUILIN WOODPECKER PROCEDENCIA - CHINA IMPORTADO POR SCHUSTER RMS: 80354800012</p>	1.011.56	1.011,56
6	20112	1	UN	<p>REF. FÁBRICA: 101101006</p> <p>MICROMOTOR INTRA MI 01 C SPRAY DENTFLEX</p>	864.32	864,32

*(Handwritten marks and signatures)*

Proposta Cliente : 20201 LOTE 6



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA

Processo: PE 2601 01 2021

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				MICROMOTOR INTRA MI COM REFRIGERACAO.SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO, QUE PROPORIONA CONEXAO DAS PONTAS COM FACILIDADE E SEGURANCA; CONEXAO TIPO BRODEN (UNIVERSAL); POSSUI ANEL GIRATORIO ACOPLADO AO CORPO, QUE PERMITE A INVERSAO DA ROTACAO; REGULAGEM DE 3.000 A 20.000RPM; BAIXO NIVEL DE RUIDO E BAIXO CONSUMO DE AR (65L/MIN); AUTOCLAVAVEL ATE 135o POR MAIS DE 1000 CICLOS M - MI01 F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100013		
7	252144	1	UN	REF. FÁBRICA: 11000000125 MOCHO A GAS STANDART FIT D700 ALLIAGE MOCHO MOVIMENTOS ACIONADOS POR MEIO DE ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO CINCO RODIZIOS DUPLOS ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E TOTALMENTE SEM COSTURAS LARGURA 410MM COMPRIMENTO 480MM ALTURA DO ASSENTO MINIMA 440MM MAXIMA 540MM ALTURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO 380MM CAPACIDADE DE CARGA 135KG SISTEMA DE ELEVAÇÃO PISTAO A GAS M - ERGOFIX F - D700 P - NAC RDC 185	621.24	621.24

TOTAL DA PROPOSTA: 14.109,73

QUATORZE MIL, CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 14.109,73

PREGAO ELETRONICO: 2601 01 2021

TIPO: LOTE

CONTRATO: 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ENTREGA: 05 DIAS

PAGAMENTO: 30 DIAS

TEL: 031 2522 8198

BELO HORIZONTE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

*[Handwritten signatures and initials]*